БАТЛАВ:

ХЭНТИЙ АЙМАГ ЗАСАГ ДАРГА Д.БАЯНМӨНХ

____оны___сарын_____өдөр

ХЭНТИЙ АЙМАГ БАЯН-ОВОО СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭМТ-ИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ

Теслийн нэр: **ЭМТөвийн ЯТТ " Амин дэм" төсөл**

Теслийн дугаар: ХЭАБОС ЭҮТТ/202112005

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо: 2021.03.03

Тендер шалгаруулалтын нэр: ЭМТ-ийн яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмж худалдан авах.

Тендер шалгаруулалтын дугаар:

Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын ЭМТ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ЭМТ-ийн яаралтай тусламжийн тоног төхөөрөмж худалдан авах тендерт үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлээр нь 50000 төгрөгөөр худалдан авна.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй. Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 10 цагаас өмнө хүлээн авч ***10:30 минутад*** нээнэ.

Гадаадын этгээд оролцох эрхгүй. Дотоодын давуу тал эрх тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сум Жавхлант 4-р баг
ЗДТГазрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
Э.Хонгорзул Утас: 93221502, 93221479

Дерев. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Бүтээгдэхүүний нэр	Барааны тодорхойлолт болон стандарт шаардлага
1	Өвчтөний хяналтын монитор	• 12.1 инчийн өндөр нарийвчлалтай өнгөт TFT дэлгэц • Мэдрэгч дэлгэцтэй, 20 дээш төрлийн хэм алдалтын анализ S-T сигментын анализ бүртгэлт • ECG, Spo2, NIBP, Pulse • Дахин цэнэглэгдэх Li-ion батарей нь 5 цагаас дээш цэнэгээ барих
2	Хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч	• 2 хүнд өгөх боломжтой, стандартын шаардлага хангасан
3	Сорох аппарат	• Даралт 0.09мПа • Дуу чимээний түвшин : 60 дб-аас бага • Цахилгаан гүйдэл 120 вА • Шингэн соруулах сав 2 ширхэг • Тасралтгүй ажиллах хугацаа 30 минутаас доошгүй байх.
4	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат	• 6 сувагтай • Загвар: IN – H006
5	Хүүхдийн ларингоскопи	• Загвар: IN-G053
6	Том хүний ларингоскопи	• Загвар: IN-G054
7	Нярайн шарлалт хэмжих аппарат	• LCD дэлгэцтэй • 1.5В-ын 2 ширхэг батерейгаар ажиллах • Хэмжилтийн түвшин 0.0mg/d, L-30mg/d L • Бэлтгэх хугацаа 12 сек • 20 хэмжилийн үр дүн хадгалдаг • Аюулгүй байдал: IEC606061
8	Шээсний анализатор	• Хэмжих үзүүлэлтийн нэр төрөл: Шээсний хувийн жин PH, лейкоцит, нитрит, ууараг, кетон, уробилиноген, билирубин, эритроцит, гемоглобин, өнгө аскорбины хүчил, микроальбумин • Дотоод байрлалын микропринтертэй • Туузан оншлуур: Combur10 Test M • Хэмжигч систем: Рефлекант фотометр
9	2 үйлдэлтэй механик ор	• Загвар: YFC261L • Хэмжээ: 2220*970*500 mm • Арын өргөх хэсэг 75 градус • Өвдөгний өргөх хэсэг 0-40 градус • Гадна талдаа ил гарахаас сэргийлсэн эвхэгддэг бариул • Орны дээр ширээ байрлуулах боломжтой
10	Нярайн дулаацуулах ширээ	• Загвар: BT-550 • Тенен халаагчтай • Дохиоллын функцтай

		• Эмчилгээний хугацаа бүртгэдэг • Арьсны темпратур, хяналтын хүрээ 32-38
11	Мэс ажилбарын иж бүрдэл	• Бүрдэл 10-15 ширхэг багаж /сонголтоор/ • Чанрын шаардлага хангасан, сайн чанарын металаар хийгдсэн байх.
12	Биохимийн анализатор	• Үйлдвэр: BIOBASE • Загвар: SILVER PLUS • Дэвшилтэт оптик системийг ашигласан нээлттэй системтэй • Долгионы урт: 340/380/405/492/510/546/578/630 нм
13	Хүчил төрөгчийн баллон	• Багтаамж :10 литр • Зөөвөрлөх боломжтой
14	Сахиурын сандал	• Эмнэлгийн стандартад нийцсэн • Зөөлөн, түшлэгтэй, эвхэгдэж ор болдог
15	Орны дэргэдэх шүүгээ	• Загвар: RD-A-02 • Хэмжээ: 470*475*760 • Бүхэлдээ ABS гөлгөр өнгөлгөөтэй, бат өх хийгдсэн. • Шаардагдах тоо: 1 ширхэг
16	Яаралтай тусламжийн шкаф	• Хэмжээ: 210*100*40 см • Олон нүдтэй • ДСП хавтангаар хийсэн
17	Сувилагч түшлэгтэй сандал	• Загвар: IN-G049 • Өргөгч, зөөлөвчтэй

1. Стандарт: Тендерт оролцогч нийлүүлэх барааг баталгааны хуудсын хамт ирүүлнэ.
2. Бараа хүргэх газар: Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын Эрүүл мэндийн төвд хүлээн авна.

Тав. БАРААНЫ ЖАГСААЛТ БА БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

Нэр	Тодорхойлолт	Тоо ширхэг	ХН	ТШӨХ-д заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Инкотермийн нөхцөлийн дагуу тогтоосон бараа нийлүүлэх хугацаа		
					Нийлүүлэх хамгийн эхний хугацаа	Нийлүүлэх эцсийн хугацаа	Нийлүүлэгчийн санал болгосон хугацаа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стандарт хагасан эмнэлгийн тоног төхөөрөмж	17		Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сум	3 сарын 20	5 сарын 05	4 сарын 20