БАТЛАВ.

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА Х.ЭНХЦЭЦЭГ

2024 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр

МАЛЫН ЭМ, БИО БЭЛДМЭЛ ХАДГАЛАХ
ЗОРИУЛАЛТАЙ ХӨРГӨГЧ

1. Эм био бэлдмэл хадгалах хөргөгч 13 ширхэг байна.
2. Санхүүжилтийн дүн. 115,000,000 (нэг зуун арван таван сая) төгрөг
3. Албан ёсны худалдах эрхтэй байгууллага байх. (Албан ёсны дистрибьютор)
4. Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй байх

№	Үзүүлэлтийн нэр	Үзүүлэлтүүдийн хүчин чадал
1	Зориулалт	Малын эм био бэлдмэл хадгалах
2	Загвар	Олон улсад зөвшөөрөгдсөн байх
3	Хөргөгчний нийт жин (ихгүй)	223 кг
4	Хэмжээ (W*D*H)	1220*630*1885 mm
5	Хаалга	2 өндөр босоо хаалгатай байх Хаалга бүр 2 давхар шилэн байна
6	Тавиур	Нийт 10 ширхэг тавиуртай байх
7	Хөргөлтийн горим Гэсгээх горим	Агаарын хөргөлтийн системтэй байх Автомат
8	Хөргөлтийн бодис Дуу чимээ (ихгүй) Орчны температур Температур Температурын нарийвчлал	R134a, Хлорфтор нүүрстөрөгч (CFC) агуулаагүй, зөвшөөрөлтэй байх 60 дБ(А) 10-32 градуст ажиллах тохиромжтой 2^0C - 8^0C 0.1^0C
9	Дуут дохиолол	Өндөр ба бага температур, Цахилгаан тасрах, Хаалга онгорхой, Термостатын гэмтэл
10	Стандарт хэрэгсэл	LED гэрэл LED дэлгэц USB оролттой
11	Эрчим хүчний хангамж Цахилгаан зарцуулалт	AC110/220V+10%, 50/60Hz 537 Вт
12	Багтаамж (багагүй)	628 литр
13	Сертификат	ISO, Quality
14	Дагалдах хэрэгсэл	Температур хэмжигч Өрөөн дотор зөөвөрлөх 4 дугуйтай байх Цахилгааны залгууртай байх Танилцуулга номтой байх
15	Баталгаат хугацаа	1 жил, багаж ажилуулах Монгол заавар

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.БАТЦЭЦЭГ

БАТЛАВ:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА Х.ЭНХЦЭЦЭГ

2024 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр

БОД МАЛЫН ЭХО АППАРАТ

1. Бод малын нөхөн үржихүйн эхо аппарат 13 ширхэг байна
2. Санхүүжилтийн дүн. 85,000,000 (наян таван сая) төгрөг
3. Албан ёсны худалдах эрхтэй байгууллага байх. (Албан ёсны дистрибьютор)
4. Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй байх

№	Үзүүлэлтийн нэр	Үзүүлэлтүүдийн хүчин чадал
1	Зургийн горим:	B,M, 2B, B/M, 4B
2	Саарал өнгийн масштаб	256
3	Дэлгэц:	5,8" WVGA LCD дэлгэцтэй байх, харах өнцөг нь өргөн Нарийвчлал: 640*380, Гэрлийг тохируулах боломжтой
4	Зургийг эргүүлэх:	Дээш/доошоо, зүүн/баруун
5	Датчики:	Шулуун гэдэсний шугаман
6	Датчкийн давтамж:	2.0Mhz to 10.0 MHz тохируулах боломжтой
7	Датчкийн холбогч:	Нэг идэвхтэй хувиргагч холбогч, өвөрмөц микро холболт
8	Скайнерын гүн:	≥220мм, олон шатлалаар тохируулах боломжтой
9	Динамик дүрслэлийн технологи:	Гамма залруулга; өнгөний кодчилол; Зураг гөлгөр болгох
10	Фокус төвлөрүүлэх байрлал:	Тохируулах боломжтой байх
11	Зургийн үйл явц:	Гистограмм, өнгө кодчилол, гамма, дүрс жигд
12	Хэмжилт:	Зай, тойрог, зүрхний цохилт, EDD, талбай, хэмжээ,GA
13	Тэмдэглэгээ:	Огноо, цаг, нэр, хүйс, нас, бүтэн дэлгэцийн үг засварлах гэх мэт
14	Зургийн сан:	≥64 хүрээ
15	Зураг зөөвөрлөх оролт:	USB 2.0, VIDEO (PALD, NTSC)
16	Батерей:	Lithium Ion 4~4.5 цаг тасралтгүй хэрэглэх
17	Багажны хэмжээ:	Өндөр: 120мм Өргөн: 250 мм Гүн: 40мм
18	Жин:	0.6 кг жинтэй байх
19	Хэл:	Англи хэл, багаж ажилуулах Монгол заавар
20	Ажиллах температур:	-10°C - 40 °C
21	Баталгаат хугацаа:	1 жил
22	Чанарын стандарт:	ISO 9001, ISO 13485, ISO 13485:2003
23	Иж бүрдэл:	Датчики, USB порт, AC/DC адаптер, батерей, усны хамгаалалттай талбайн ажлын цүнх, тээвэрлэх металл хайрцаг.

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.БАТЦЭЦЭГ