Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Д/д	№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо	Техникийн үзүүлэлт	Дүйцэх барааны зураг
1	2	3	4	5	6	7
Багц 1. Нэн шаардлагатай эм						
1	1	Гроприносин 500мг	шахмал	2000	Санал болгож буй эмийн бүтээгдэхүүн нь МУ-ын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, дотоодын үйлдвэрлэгч бол фармакопейн ангилал, эмийн хяналтын улсын лабораторийн дүгнэлт ирүүлэх, импортын бүтээгдэхүүн бол ДЭМБ-ын GMP, ISO, CE, CLSI шаардлагын аль нэгийг хангасан тохирлын гэрчилгээ, импортын бүртгэлийн гэрчилгээг ирүүлэх. МУ-ын зах зээлд нэвтрээд 1-ээс доошгүй жил хэрэглээнд гарсан, сав баглаа боодлын чанарын шаардлага хангасан, хүчинтэй хугацаа 2-оос доошгүй жил байна. Захиалагчаас шаардаж буй бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тун хэмжээнд дүйцэх бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, савлагааны хэлбэр, хэмжээг нэр төрөл тус бүрээр тодорхойлж ирүүлэх. Шалгарсан тохиолдолд бүтээгдэхүүн тус бүрийн хадгалалтын горимыг ирүүлнэ.	
2	2	Декс троз 5%-250мл	уут	300		
3	3	Натри хлорид 0,9% 100мл	уут	600		
4	4	Натри хлорид 0,9% 200/250 мл	уут	800		

5	5	Рингер лактат 200мл	уут	500		
Багц 2. Нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл						
6	1	Бээлий үзлэгийн S.M. L	хос	20000	Санал болгож буй бүтээгдэхүүн нь дотоодын үйлдвэрлэгч бол бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын дүгнэлт ирүүлэх, импортын бүтээгдэхүүн бол ДЭМБ-ын GMP, ISO, CE, CLSI шаардлагын аль нэгийг хангасан тохирлын гэрчилгээг ирүүлэх. МУ-ын зах зээлд нэвтрээд 1-ээс доошгүй жил хэрэглээнд гарсан, сав баглаа боодлын чанарын шаардлага хангасан, хүчинтэй хугацаа 2-оос доошгүй жил байна. Захиалагчаас шаардаж буй бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тун хэмжээнд дүйцэх бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, савлагаа, техникийн шаардлагыг хангаж буйг нотлох бүтээгдэхүүний материал, хэмжээг нэр төрөл тус бүрээр тодорхойлж, зургаар ирүүлэх. Шалгарсан тохиолдолд бүтээгдэхүүн тус бүрийн хадгалалтын горим, зааврыг ирүүлнэ.	
7	2	Комбинезон юүдэнтэй	ширхэг	1000		
8	3	Нэг удаагийн маск чихний гогцоотой	ширхэг	5000		
9	4	Хагалгааны халат нэг удаагийн	ширхэг	1000		
10	5	Эмнэлгийн дэлгэц салфетка	боодол	10		
Багц 3. Халдваргүйжүүлэх, шавжгүйтгэлийн бодис						

11	1	Жавелион 1*300 шахмал	сав	100	Санал болгож буй бүтээгдэхүүн нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2024 оны А/96, А/104, А/81 дүгээр хамтарсан тушаалаар баталсан "МУ-ын 2024 онд ашиглаж болох ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал халдваргүйтгэлийн зориулалтаар ашиглаж болох бодисын жагсаалт"-д орсон стандарт тун хэмжээ бүхий үндсэн үйлчлэгч бодисын найрлагатай байх, ДЭМБ-ын ISO, FAO, EPA, FIFRA шаардлагын аль нэгийг хангаж буйг нотлох, тохирлын гэрчилгээтэй байна. МУ-ын зах зээлд нэвтрээд 3-аас доошгүй жил хэрэглээнд гарсан, сав баглаа боодлын чанарын шаардлага хангасан, хүчинтэй хугацаа 3-оос доошгүй жил байх. Тендерт шалгарсан тохиолдолд бүтээгдэхүүн тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, бүтээгдэхүүний хадгалалтын горим, зааврын хамт ирүүлнэ.	
12	2	Хлорын шохой нунтаг	кг	500		
13	3	Хор-желю 1%	сав	30		
Багц 4. Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл						

14	1	Даралтын монжат, Omeran HEM-RML31 загвар, 46-66см, 46-66см урт хэмжээтэй, GT-6800 загварын хяналтын мониторт тохирох	ширхэг	10	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
15	2	Мониторын сатурацын датчиг, Mindry 6 Pin Double Key Monitor, GT-6800 загварын хяналтын мониторт тохирох	ширхэг	2	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	

16	3	Автоклавын тень, YX18 LDG механик автоклавт тохирох	ширхэг	5	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
17	4	Автоклавын амны жийргэвч резин, 18л механик автоклавт тохирох	ширхэг	4	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	

18	5	Автоклавын МТ-63 монометр, 18л механик автоклавт тохирох	ширхэг	5	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
19	6	УВЧ 30 загварын аппартны ламп, ОТК-316, DL-C 2, DL-C 3	ширхэг	2	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	

20	7	Импра улаан туяаны ламп, PHILIPS 150W	ширхэг	4	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
21	8	УВЧ 30 113мм аппаратын электрод 80, 50	багц	8	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	

22	9	Кварцын ламп, ZW30S19W, IN-T028	ширхэг	6	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
23	10	УВЧ 30, 60 аппаратын индикатор	ширхэг	3	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	

24	11	Дефибриляторын 5А гал хамгаалагч, PT-9000A, PT-9000D, PT-9000C загварт тохирох	ширхэг	3	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
25	12	УВЧ 60, 66 ОТК аппаратын ламп	ширхэг	2	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
26	13	Хүчилтөрөгчийн редуктор, R2 загвар оролтын диаметр 27-32, 10л багтаамжтай баллонд тохирох	ширхэг	4	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	

27	14	УВЧ 30 аппаратын гар, CD-1A-C	ширхэг	6	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
28	15	УВЧ 30 аппаратын утас	ширхэг	5	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	

29	16	Ус нэрэгчийн тень, DZ5 DZ10 загварт тохирох	ширхэг	2	Захиалагчаас шаардаж буй сэлбэг нь зурагт заагдсан бүтээгдэхүүн тус бүрд тохирох загвар, хүчин чадал, техникийн шаардлагад дүйцсэн байх, санал болгож буй сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, материал, хэмжээ, зурагт танилцуулгыг ирүүлнэ. Тендерт шалгарсан тохиолдолд сэлбэг тус бүрийн хэрэглэгчийн гарын авлага, угсралт суурилуулалтын зааврын хамт ирүүлнэ.	
30	17	Үзлэгийн ор, ICEN, IN-R020 загвартай дүйцэх	ширхэг	3	Хэмжээ 1800*600*700мм, зэвэрдэггүй ган металлаар хийгдсэн, дотор нь хөвөнтэй PU гадаргуутай, хиймэл арьсан бүрээстэй байх	
31	18	Сахрын аппарат	иж бүрдэл	3	Аппарат, 50ш тест, өндөг цоологч үзэг, 50ш нэг удаагийн зүү, батарей, хадгалах савны хамт, тест болон зүү дууссан тохиолдолд аппаратад тохирох хэрэгслийг захиалан авах боломжтой байх	
32	19	Өндөр жин хэмжигч, аналог, ICEN-ZT-120 загвартай дүйцэх	ширхэг	3	100*32*26 см хэмжээтэй лед дэлгэцтэй, тогтмол хувьсах цахилгаан хангамжтай, 800-2100мм өндрийн хэмжээтэй, 375*275мм хөлийн тавцантай, 200кг даацтай байх	

33	20	Эмнэлгийн орны хаалт, 3 хавтаст, ICEN дүйцэх	ширхэг	3	Зэвэрдэггүй ган их биетэй, усны хамгаалалттай даавуу хөшиг бүхий 4 хавтастай, дуу чимээ бага зөөлөн дугуйтай, урт 2000мм, хавтас бүрийн өргөн 500мм, өндөр 1800мм хэмжээтэй, цэнхэр өнгөтэй байх	
34	21	Багажийн хайрцаг, дөрвөлжин таглаатай байх	ширхэг	3	Таглаа 23х15.5см хэмжээтэй, сав 20х10х4.25см хэмжээтэй, зэвэрдэггүй ган төмөр материалтай байх	
35	22	Жижиг мэс ажилбарын боолтын багажийн бага иж бүрдэл	иж бүрдэл	3	Шүдтэй, шүдгүй пинцепт тус бүр 1ш, шүдтэй, шүдгүй зажем тус бүр 1ш, эмнэлгийн материалын хайч 1ш, мэс заслын шулуун хайч /Маёо/ 1ш, листерийн боолтын хайч 1ш, адесон шүдгүй пинцепт 1ш, уусмалын жижиг сав 1ш, бөөр таваг 1ш, уусмалд хийх, ариутгаж, хадгалах дөрвөлжин тагтай, никель савны хамт	

36	23	Яаралтай тусламжийн цүнх-цэнэгтэй, FS-095BA загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	3	Полиэстер материалтай, гэрэл цацруулагчтай, олон тасалгаатай, 45*31*31см хэмжээтэй, цүнхэнд гар памп 1ш, амбу 1ш, термометр 1ш, ам нээгч 1 ш, хэлний хавчаар 1ш, мэс заслын хайч 1ш, хямсаа 1ш, дэгээ зүү 10 ш, даралтын аппарат, чагнуур 1 хос, CPR маск, чангалуур 1ш, хүйтэн жин 2ш, мэдрэлийн алх 1ш, гурвалжин боолт 2ш, дулаан хадгалагч нөмрөг 2ш, оношилгооны үзгэн гэрэл 1ш, гэрэл цацруулагчтай цүнх 1ш байх	
37	24	Шилэн бумба	иж бүрдэл	3	Шилэн бумбын иж бүрдэл, материал: шил №1-5 хэмжээ бүхий 12 ширхэг бумбын иж бүрдэл 1 ширхэг хямсаа болон жижиг шилэн дэнтэй байна	
38	25	Өвчтөн зөөх дамнуурга, бэхэлгээний самбар-нурууны, толгойн бэхэлгээний хамт, ICEN, IN-R2 загвартай дүйцэх	ширхэг	3	Дамнуурга эвхэгддэг, хэрэглэхэд хялбар, хамгаалалтын 2 оосортой, ихэвчлэн талбарт шархадсан хүмүүсийг зөөхөд ашигладаг. Эвхээгүй хэмжээ 2080х550х130мм, эвхэгдсэн хэмжээ 1040х170х90мм, материал хөнгөн цагаан хайлшаар хийгдсэн байх	

39	26	Дуслын штатив, ICEN-тай дүйцэх	ширхэг	3	Зэвэрдэггүй ган хоолой, ABS хуванцар тавиур болон бариултай материалаар хийгдсэн, гадна хоолойн диаметр 25мм, дотор хоолойн диаметр 12мм, өндөр 110-200см хүртэл тохируулах боломжтой, 4 ган дэгээтэй, зөөхөд хялбар дугуйтай, зөөлөн, чимээ бага, зөөхөд хялбар байх	
40	27	Яаралтай тусламжийн тэргэнцэр ICEN, IN-EM1 загвартай дүйцэх	ширхэг	6	Электрохимийн биосенсор мэдрэгчтэй, 710*480*950мм хэмжээтэй, өндөр чанарын ABS материалтай, 2 жижиг, 2 дундаж шүүгээтэй, нэмэлт 1 шүүгээтэй, хог хаягдлын савтай, дусал тохируулагчтай байх	
41	28	Хүчилтөрөгчийн 10л баллон, цэнэглэгч түлхүүр, дугуйт тогтоогч, редукторын хамт, Zhenghua-B3 загвартай дүйцэх	ширхэг	3	Сайн чанарын зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн, зөөвөрлөх боломжтой, 10л багтаамжтай, ажлын даралт 20мПа, 8.8 кг-аас ихгүй жинтэй, дугуйт тогтоогч хөл, цэнэглэгч стандарт тусгай түлхүүртэй байх	

42	29	Хүчилтөрөгчийн дэр	ширхэг	3	Резин болон гадаргуу нейлон даавуун бүрээстэй Ажлын даралт: 10.6 кПА Хэмжээ: 76*50 см	
43	30	Эмийн шүүгээ, ICEN, IN-R088 загвартай дүйцэх	ширхэг	3	Усны хамгаалалт сайтай, чийгт, хөгц мөөгөнцөр, зэвд тэсвэртэй, сайн чанарын төмөр материалаар хийгдсэн, 4 хаалгатай, 2 шургуулгатай, шилэн нүүртэй, 1800*900*400мм хэмжээтэй байх	
44	31	Кварцын гэрэл, зөөврийн, ICEN, IN-T028 загвартай дүйцэх	ширхэг	3	Их бие төмөр материалтай, халдваргүйжүүлэх талбай 30м2, долгионы урт 253,7нм, ариутгал хийх хугацаа 0-120мин, кварцын гэрлийн өнцөг 30-180 градус, 2 ширхэг ламптай, цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц байх	
45	32	Эм хадгалах зориулалттай хөргөгч, +2-оос +8-д хэмтэй, Biobase-BPR-5V68 загвартай дүйцэх	ширхэг	3	Багтаамж 68л, 1 хаалгатай, температурын утга 2~8С, температурын нарийвчлал 0.1С, агаараар хөргөх систем, хөргөлтийн шингэн R600a, автомат гэсгээх горимтой, 2 ширхэг тавиуртай, 220В, 50 Гц цахилгаан тэжээлтэй, 136Вт чадалтай, 495*548*683 мм хэмжээтэй, 49кг жинтэй байх	

46	33	Багаж хадгалах тавиур, ICEN-тай дүйцэх	иж бүрдэл	3	4 тавиуртай, сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн, өнгө цайвар, 2000х500х2000мм хэмжээтэй байх	
47	34	Ларингоскопи, насанд хүрэгчдийнх, ICEN, IN-G054 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	3	Метал, пластик материалтай, хутганы хэмжээ (Mac) 15*12.5*10 см, насанд хүрэгчдэд зориулагдсан, мөнгөлөг өнгөтэй, 25*20*6см хэмжээтэй, 1кг -аас багагүй жинтэй, 2 ширхэг батарейгаар ажилладаг байх	
48	35	Өвчтөний хяналтын монитор, зөөврийн IN-12B загвартай дүйцэх, сатурацийн датчик SpO2, зүрхний цахилгаан бичлэгийн холболтын кабель, насанд хүрэгчдийн даралтын монжатын хамт	иж бүрдэл	3	Ашиглахад хялбар мэдрэгчтэй дэлгэцтэй, 12.1 инчийн өндөр нягтралтай өнгөт, TFT дэлгэцтэй, ЭКГ, биеийн температур хэмжилт, SpO2, NIBP даралтын монжат бүхий стандарт үзүүлэлттэй, төв хяналтын системтэй холбогдох боломжтой (CMS), батарейгаар 3 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллах боломжтой, дэлгэцийн VGA гаралттай, цахилгааны 220В, 50Гц тэжээлээр ажиллах, 4.5 кг-аас ихгүй жинтэй, 110х300мм хэвлэгч цаас, сатурацийн датчик SpO2, зүрхний цахилгаан бичлэгийн холболтын кабель, насанд хүрэгчдийн даралтын монжат тус тус дагалдуулах	

49	36	Цус тогтоох чангалуур	ширхэг	15	Цус тогтоох хугацаа тавигчтай талбарт ашиглах мөчдийн чангалуур	
Багц 5. Шүдний эмчилгээний материал						
50	1	Адгезор /Adhesor/ 80гр+55мл тусгаарлах жийргэвч	хайрцаг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
51	2	Тусгаарлагч жийргэвч тариуртай	ширхэг	20	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
52	3	Biner LC 2.2гр	ширхэг	20	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
53	4	Эмчилгээний жийргэвч /MTA/ кальцтай, 1*1 хуванцар сав	ширхэг	20	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
54	5	Эмчилгээний жийргэвч, Pro-Pul-Pan 30 гр+15мл	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

55	6	Түр ломбоны материал /дентин/ 15мл	хайрцаг	20	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
56	7	Фүжи 9 /fuji9/ 15гр-10мл хуванцар сав+шил	хайрцаг	16	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
57	8	Дэнпил 4гр А1. А2. А3. В1. В2. BL	ширхэг	150	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
58	9	Урсгадаг ломбоны материал 2мл А1. А2. А3.В1.В2	ширхэг	60	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
59	10	Сийлант /Sealant/	ширхэг	30	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
60	11	Альвостаз 1*30 губка	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
61	12	Артикайн 4%-1*50ширхэг	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

62	13	Бонд нэг бүрэлдэхүүнт 5мл хуванцар	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
63	14	Бонд 2гр шпрыц, универсал	ширхэг	15	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
64	15	Лидокайн 2%-1.8мл, 1/50ш	хайрцаг	45	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
65	16	Пульпевит 15мл №3	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
66	17	Пульпевит 15мл №2	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
67	18	Пульпевит 15мл №1	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
68	19	Фторт гель 25мл, хуванцар сав, хэт мэдрэгшилд хэрэглэх материал	хайрцаг	15	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

69	20	Хүчил /Meta etchant/ 3гр, шпрыц	ширхэг	60	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
70	21	Шүдний хөндий халдваргүйжүүлэх уусмал 100мл	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
71	22	Периодон	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
Багц 6. Шүдний эмчилгээний хэрэгсэл						
72	1	Суваг өргөсгөгч EDTA 7 гр	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
73	2	Карисын индикатор, цоорол илрүүлэгч	ширхэг	6	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
74	3	Ус агаарын хошуу нэг удаагийн /250/	багц	15	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

75	4	Мэс заслын зүү утас 4:0	ширхэг	40	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
76	5	Мэс заслын хутганы ир 11,12, 15 №100	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
77	6	Наконечник тослогч	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
78	7	Өнгөлгөөний паста 95гр	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
79	8	Өнгөлгөөний чулуу 1*1	ширхэг	60	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
80	9	Рентген плёнк хортой /D88+/ 50ш, +хортой	хайрцаг	40	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
81	10	Спонж 1*100ш	хайрцаг	80	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

82	11	Шүлс сорогчийн хошуу 1*100	уут	30	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
83	12	Шүлс шингээгч хөвөн 1*750ш, 8*38мм	уут	30	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
84	13	Энгэрэвч 1*125ш	уут	30	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
85	14	Цаас – Paper point /Absorbent paper/ сувгийн эмчилгээний, №120	хайрцаг	15	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
86	15	Цахилгаан өрмийн сойз олон төрөл №100	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
87	16	Шилэн аяга /уусмалын/	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

88	17	Шпатель/төмөр/	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
89	18	Штрипс 1*25ш	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
90	19	Хазалтын цаас 1*10ш	боодол	20	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
91	20	Буйл шүдний завсрын утас №00, 000, 1 ороомог 3м	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
92	21	Буйлны цус тогтоогч Iodoform 5% 10мл, шил	туншил	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
93	22	Гутта перч 1*120ш	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
94	23	Уян Файл /ком №6/	ширхэг	10	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

95	24	Файл – File /К, Н/ 1*6ш	хайрцаг	14	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
96	25	Пульп-экстрактор №100	хайрцаг	8	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
97	26	Матриц	ширхэг	20	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
98	27	Өнгөлгөөний резин	ширхэг	20	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
99	28	Каналнаполнитель 1*50ш	хайрцаг	6	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
100	29	Үзлэгийн толь /төмөр/	ширхэг	5	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
	Багц 7. Шүдний эмчилгээний багаж					
101	1	Штифт	багц	6	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

102	2	Төмөр шприцийн зүү 27, 30G 1*100ш	хайрцаг	24	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
103	3	Үзлэгийн толь, нэг удаа 1*1	ширхэг	200	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
104	4	Алмазан боруд дусал	ширхэг	80	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
105	5	Алмазан боруд шовх	ширхэг	80	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
106	6	Алмазан боруд урвуу конус	ширхэг	80	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
107	7	Алмазан боруд цилиндр-цэнхэр	ширхэг	80	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
108	8	Алмазан боруд Шаровид-цэнхэр	ширхэг	120	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

109	9	Алмазан бор Шаровид- цэнхэр	ширхэг	120	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
110	10	Хямсаа	ширхэг	5	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
111	11	Штофер	ширхэг	5	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
112	12	Сэтгүүр	ширхэг	5	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
113	13	Лотошк	ширхэг	5	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
114	14	Гладилка	ширхэг	5	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
115	15	Төмөр тариур 1*1	ширхэг	6	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

116	16	Шүдний ором цэвэрлэх халбага Curette	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
117	17	Бахь хоншоор, эрүү /үүдэн/	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
118	18	бахь хоншоор, эрүү бага араа /зүүн, баруун/	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
119	19	бахь хоншоор, эрүү их араа /зүүн, баруун/	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
120	20	бахь хоншоор эрүү агт араа /зүүн, баруун/	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
121	21	Ёзоорын бахь	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	

122	22	Элеватор /шулуун/	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
123	23	Элеватор тахир /зүүн, баруун/	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
124	24	H speed	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
125	25	L speed /тахир/	ширхэг	4	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
126	26	L speed motor	ширхэг	2	ОУ-ын чанарын гэрчилгээтэй, гарал үүсэл, зурагтай дүйцэх барааны нийлүүлэгчийн танилцуулга, гэрээг ирүүлэх	
	Багц 9. Ариутгалын багаж, тоног төхөөрөмж, табель хэрэгсэл					
127	1	Механик уурын автоклав, 18л, Biobase, YX-18LDJ загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	15	Багтаамж: 18 литр - Хугацааны тохируулга: 1-99 минут - Температурын тохируулга: 126С - Цахилгаан тэжээл: 220В, 50/Гц - Чадал: 2кВт - Ажлын даралт: Температурын өөрчлөлтөөс хамаарна - Аппаратын хэмжээ: 420*420*560мм - Дотор хэмжээ (chamber): 280*210мм - Нийт жин: 10кг	

128	2	Автомакс 16л, ICEN : HT-16C загвартай дүйцэх	ширхэг	10	механик ажиллагаатай, хуванцар материалтай, багтаамж 16л, шүршигч хошуу ган төмөр материалаар хийгдсэн байх	
129	3	Ариутгалын уутны ам дарагч, ICEN, WAL-S730 загвартай дүйцэх	ширхэг	2	Хэрэглэхэд хялбар, хүчин чадал 100м/цаг, ажиллах температур 0-1800С, цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц, чадал 500Вт, жин 7.31кг, 430*350*260мм хэмжээтэй байх	
130	4	Багаж хадгалах тавиур, ICEN-тай дүйцэх	иж бүрдэл	10	4 тавиуртай, сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн, өнгө цайвар, 2000х500х2000мм хэмжээтэй байх	
131	5	Багажийн хайрцаг, дөрвөлжин таглаатай байх	ширхэг	10	Таглаа 23х15.5см хэмжээтэй, сав 20х10х4.25см хэмжээтэй, зэвэрдэггүй ган төмөр материалтай байх	

132	6	Кварцын гэрэл, зөөврийн, ICEN, IN-T028 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Их бие метал материалтай, халдваргүйжүүлэх талбай 30м2, долгионы урт 253,7нм, ариутгал хийх хугацаа 0-120мин, кварцын гэрлийн өнцөг 30-180 градус, 2 ширхэг ламптай, цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц байх	
133	7	Ус нэрэгч 1л/цаг, дагалдах хэрэгслийн хамт, Biobase, WD-A1 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	3	Нэрэх хугацаа 1 цагт 1 литр, хүчдэл 110В ~ 220В, 50/60Гц, багтаамж 5 литр, халах температур 160°C байх	
134	8	Мананцар үүсгэгч, ICEN, ULV-6 загвартай дүйцэх	ширхэг	10	ABS+PP материалтай, 4,5 литр багтаамжтай, цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц, чадал 1000Вт, шүрших хэмжээ 150-260мл, 3.2кг -аас ихгүй жинтэй, 480*280*260мм хэмжээтэй байх	
Багц 2. Оношилгооны багаж, тоног төхөөрөмж, табель хэрэгсэл						

135	1	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, 6 каналтай, ICEN-ECG-6 загвартай дүйцэх, холболтын кабелт, 6ш бумба, 4ш мөчдийн холбогчийн хамт	иж бүрдэл	2	4.3 инчийн өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэц, давхар товчлуурын функцтэй, ашиглалтын горим гар, автомат, AC. EGG шүүлтүүртэй, хүчдэлийн тохируулга 1мВ, тогтмол цаг 3.2 сек, байнгын давтамж 0.05 Гц~150Гц, дууны түвшин 15 µVp-p, цаас хэвлэх хурд 25, 50мм/сек (3%), мэдрэмж 5. 10. 20mm/мВ, принтертэй, 11.1V,3800мАцаг бүхий лион батарей, 360x250x68мм хэмжээтэй, цахилгааны тэжээл 110-230V, 50 / 60Гц байх, холболтын кабелтай, 6ш бумба, 4ш мөчдийн холбогч дагалдуулах	
136	2	Офтальмоскоп, ICEN, YZ-11D загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	5	Гэрэлтүүлгийн хэлбэр Big Spot, Small Spot, Slit, Net, Red Free, гэрэлтүүлэг 80 люкс, гэрэлтүүлгийн эх үүсвэр 3.5 В/ 2.8 Вт, галоген чийдэн, цахилгаан тэжээл 220В, 50 Гц байх	
137	3	Өндөр жин хэмжигч, аналог, ICEN-ZT-120 загвартай дүйцэх	ширхэг	1	Хэмжих өндрийн хэмжээ 700-1900 мм, хэмжих өндрийн хамгийн бага утга 5 мм, дээд жин 160 кг, хэмжилт 88*30*27см, даац 120кг багагүй байх	

138	4	Үзлэгийн ор, ICEN, IN-R020 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Хэмжээ 1800*600*700мм, зэвэрдэггүй ган металлаар хийгдсэн, дотор нь хөвөнтэй PU гадаргуутай, хиймэл арьсан бүрээстэй байх	
139	5	Ларингоскопи, насанд хүрэгчдийнх, ICEN, IN-G054 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	10	Метал, пластик материалтай, хутганы хэмжээ (Mac) 15*12.5*10 см, насанд хүрэгчдэд зориулагдсан, мөнгөлөг өнгөтэй, 25*20*6см хэмжээтэй, 1кг -аас багагүй жинтэй, 2 ширхэг батарейгаар ажилладаг байх	
140	6	Отоскопи, ICEN, EJ-I загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	10	хошуу 3,4,5,6,8 дм хэмжээтэй, цахилгаан тэжээл 1,5В-ийн 2 ширхэг батарейтай, чийдэнгийн гэрэлтүүлэг 2.5В / 0.3 А, томруулагч 3 байх	
	Багц 10. Эмчилгээний багаж, тоног төхөөрөмж					
141	1	Шилэн бумба	иж бүрдэл	10	Шилэн бумбын иж бүрдэл Материал: шил №1-5 хэмжээ бүхий 12 ширхэг бумбын иж бүрдэл 1 ширхэг хямсаа болон жижиг шилэн дэнтэй байна	

142	2	Дуслын штатив, ICEN-тай дүйцэх	ширхэг	2	Зэвэрдэггүй ган хоолой, ABS хуванцар тавиур болон бариултай материалаар хийгдсэн, гадна хоолойн диаметр 25мм, дотор хоолойн диаметр 12мм, өндөр 110-200см хүртэл тохируулах боломжтой, 4 ган дэгээтэй, зөөхөд хялбар дугуйтай, зөөлөн, чимээ бага, зөөхөд хялбар байх	
143	3	Жижиг мэс ажилбарын боолтын багажийн бага иж бүрдэл	иж бүрдэл	6	Шүдтэй, шүдгүй пинцепт тус бүр 1ш, шүдтэй, шүдгүй зажем тус бүр 1ш, эмнэлгийн материалын хайч 1ш, мэс заслын шулуун хайч /Маёо/ 1ш, листерийн боолтын хайч 1ш, адесон шүдгүй пинцепт 1ш, уусмалын жижиг сав 1ш, бөөр таваг 1ш, уусмалд хийх, ариутгаж, хадгалах дөрвөлжин тагтай, никель савны хамт	
144	4	Утлагын аппарат, Yu well-407A загвартай дүйцэх	ширхэг	3	Хамгийн их сөрөг даралт ≥0.15 МПа, агаарын урсгалыг шахах ≥10 л/мин, мананцар үүсгэх утга ≥0.2 мл/мин, дуу чимээ ≤55 дБ, ≤19.8*19.5*10.5см хэмжээтэй, 2.1кг-аас ихгүй жинтэй, цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц байх	

145	5	Хэт өндөр давтамжийн аппарат, ОХУ-ын Бэстфармын УВЧ-30 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	3	Цахилгаан соронзон долгионы давтамж 27.12 ± 0.16 Мгц, хамгийн их гаралтын чадал 1 алхам 10ватт ± 2ватт, 2 алхам 20ватт ± 4ватт, 3 алхам 30ватт ± 6ватт, хэмжээ 425х230х260мм, цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц, чадал 160 Ватт, 13кг жинтэй байх	
146	6	Эм хадгалах зориулалттай хөргөгч, +2-оос +8-д хэмтэй, Biobase-BPR-5V68 загвартай дүйцэх	ширхэг	2	Багтаамж 68л, 1 хаалгатай, температурын утга 2~8С, температурын нарийвчлал 0.1С, агаараар хөргөх систем, хөргөлтийн шингэн R600a, автомат гэсгээх горимтой, 2 ширхэг тавиуртай, 220В, 50 Гц цахилгаан тэжээлтэй, 136Вт чадалтай, 495*548*683 мм хэмжээтэй, 49кг жинтэй байх	
147	7	Эмийн шүүгээ, ICEN, IN-R088 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Усны хамгаалалт сайтай, чийгт, хөгц мөөгөнцөр, зэвд тэсвэртэй, сайн чанарын төмөр материалаар хийгдсэн, 4 хаалгатай, 2 шургуулгатай, шилэн нүүртэй, 1800*900*400мм хэмжээтэй байх	

148	8	Эмнэлгийн орны хаалт, 3 хавтаст, ICEN- HS-04 загвартай дүйцэх	ширхэг	10	Зэвэрдэггүй ган их биетэй, усны хамгаалалттай даавуу хөшиг бүхий 4 хавтастай, дуу чимээ бага зөөлөн дугуйтай, урт 2000мм, хавтас бүрийн өргөн 500мм, өндөр 1800мм хэмжээтэй, цэнхэр өнгөтэй байх	
149	9	Эмнэлгийн ор, 2 үйлдэлтэй, ICEN-IN-R008 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	10	Орны рам 2160*970*540мм хэмжээтэй, матраас 1930*830*80мм хэмжээтэй, нурууны түшлэгийг тохируулах өнцөг 0-75°, хөлийн хэсгийг тохируулах өнцөг 0-40°, 250кг даацтай байх	
150	10	Эмнэлгийн орны шүүгээ, ICEN-IN-R066 загвартай дүйцэх	ширхэг	10	Хэмжээ 475*475*760мм, бүхэлдээ ABS гөлгөр өнгөлгөөтэй бат бөх материалаар хийгдсэн, татдаг тавцан, шургуулга, 1 тавцант, 1 хаалгатай байх	
151	11	Дуслын сандал, ICEN, IN-R133 загвартай дүйцэх	ширхэг	20	Хэмжээ 680*800*1100мм, хавтас нь PVC хийцтэй арьсаар хийгдсэн материалтай, сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн, хүний биед харшил өгөхгүй байх	
Багц 11. Яаралтай тусламжийн багаж, тоног төхөөрөмж						

152	1	Амьсгалын зам чөлөөлөх иж бүрдэл	иж бүрдэл	5	Bulb laryngoscope Насанд хүрэгчдийн 3 ширхэг хутгатай сэт - 1 иж бүрдэл Силикон амбу сэт - 1 иж бүрдэл (Силикон амбу маск - 1, Хүчилтөрөгчийн гуурс - 1, хүчилтөрөгчийн нөөцлөгч уут - 1) Нэг удаагийн интубацийн хийлэгчтэй гуурс №7, №7.5, №8 - тус бүр 1 ширхэг Сэхээний хэл дарагч №3, №4, №5 - тус бүр 1 ширхэг ПВХ салиа соруулах гуурс - 2 ширхэг Үзлэгийн бээлий - 2 хос	
153	2	Яаралтай тусламжийн цүнх-цэнэгтэй, FS-095BA загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	5	Полиэстер материалтай, гэрэл цацруулагчтай, олон тасалгаатай, 45*31*31см хэмжээтэй, цүнхэнд гар памп 1ш, амбу 1ш, термометр 1ш, ам нээгч 1 ш, хэлний хавчаар 1ш, мэс заслын хайч 1ш, хямсаа 1ш, дэгээ зүү 10 ш, даралтын аппарат, чагнуур 1 хос, CPR маск, чангалуур 1ш, хүйтэн жин 2ш, мэдрэлийн алх 1ш, гурвалжин боолт 2ш, дулаан хадгалагч нөмрөг 2ш, оношилгооны үзгэн гэрэл 1ш, гэрэл цацруулагчтай цүнх 1ш байх	

154	3	Хүчилтөрөгчийн 10л баллон, цэнэглэгч түлхүүр, дугуйт тогтоогч, редукторын хамт, Zhenghua-B3 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	3	Сайн чанарын зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн, зөөвөрлөх боломжтой, 10л багтаамжтай, ажлын даралт 20мПа, 8.8 кг-аас ихгүй жинтэй, дугуйт тогтоогч хөл, цэнэглэгч стандарт тусгай түлхүүртэй байх	
155	4	Хүчилтөрөгч түгээх систем, 2 баллон холбох боломжтой, гар ажиллагаатай /эмнэлгийн ханын хүчилтөрөгчийн төгсгөлтэй холбогдох боломжтой байх, хүрэлцэхүйц хэмжээний зэс хоолой шугам, 50л 2 ширхэг баллоны хамт/, Zhenghua medical-Manifold 2 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	10	ижил хэмжээт 2 баллон холбох боломжтой, шугамын 2 редуктор бүхий тоноглолтой, хамгийн их урсгалын хурд 140 Нм3/цаг, оролтын даралт 15-20 мПа, гаралтын даралт 0-2 мПа, засвар үйлчилгээ, угсралт хийхэд хялбар, баллон холболтын төрөл нь зэс болон уян холбогчтой байх	

156	5	Зөөврийн амьсгалын аппарат, SD-H3000C загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	5	Зөөврийн амьсгалын аппарат, хүүхэд, насанд хүрэгчдийн горимтой, түргэний машинд суурилагдах боломжтой, 220вольт, 12 вольтоор цэнэглэдэг, тогтоогч суурьтай, жижиг хэрэгсэл, залгуур, холбогч хадгалах цүнхтэй байх, SD-H3000C загвартай дүйцэх	
157	6	Зөөврийн дефибрилятор-монитор, ICEN-DM7000 загвартай дүйцэхүйц	иж бүрдэл	7	Өндөр нягтралтай LCD график үзүүлэлттэй 8 инчийн дэлгэцтэй, хагас автомат болон гар ажиллагааны горимтой, цохиулах утга 0-360 жоуль, цэнэглэх хугацаа 10 секундээс багагүй, дэлгэц дээр өмнөх ЭКГ-ыг үзүүлэх боломжтой. 12В-ийн “Ah Ni-MH” цэнэглэдэг батарейтай, хамгийн багадаа 4 цаг цэнэглээд батарей бүрэн цэнэгээ авдаг, хамгийн багадаа 200 удаа цохиулах буюу 3 цаг ажилладаг, 220В, 50Гц цахилгаан тэжээлтэй, 450*350*205 мм хэмжээтэй, 4.5 кг жинтэй, хатуу электродтой байх	

158	7	Дуслын автомат шахуурга /памп/ IN-G076 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	5	4.3 ”өнгөт TFT LCD дэлгэцтэй, 272x480 нягтралтай, хурд, хугацаа, эзлэхүүний горимтой, 210 төрлийн эм болон бодисын сонголттой, 1500 дуслын бичлэгийг хадгалах боломжтой, халаах функцтэй, дуут дохиололтой, судсаар хийх хэмжээс нь шахах хурдны хязгаар 1-400 дусал/мин, урсгалын хурдны хязгаар 1-1200 мл/цагт, шахах хэмжээ 800 мл/цагт байх, 188x198x228 мм хэмжээтэй, цахилгаан 220В, 50Гц тэжээлээр ажиллах, 2.5 кг-аас ихгүй жинтэй байх	
159	8	Тарилгын шахуурга, IN-G077 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	5	4.3 ”өнгөт сегментийн LCD дэлгэцтэй, эзлэхүүн, хугацаа, биеийн жин бүхий тарилгын олон горимтой, 282x210x148мм хэмжээтэй, цахилгааны AC 110/230В, 50/60Гц тэжээлээр ажиллах, 2.2кг ихгүй жинтэй, тарилгын хэмжээс 50мл тариураар 0.1~999.9 мл/цаг, 1000~1800 мл/цаг, 30мл тариураар 0.1~900 мл/цаг, 20мл тариураар 0.1~600 мл/цаг, 10мл тариураар 0.1~300 мл/цаг, 5мл тариураар 0.1~150 мл/цаг байх	

160	9	Цахилгаан соруулгын аппарат/отсос, YUWELL 7E загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	7	Нам даралтын отсос буюу салиа соруулагч нь зөвхөн бага даралтаар аман дахь шүлс, салиаг соруулахад ашиглана. Оролтын хүч 90 ВА, цахилгааны тэжээл 220В, 50Гц, сөрөг даралтын хамгийн их утга ≥0.075MPa, сорох хурд ≥15-17 л/мин, дуу чимээний түвшин ≤ 65dB (A), шингэн соруулах сав нь 1 литрийн 1 савтай байх	
161	10	Өвчтөний хяналтын монитор, зөөврийн IN-12B загвартай дүйцэх, сатурацийн датчик SpO2, зүрхний цахилгаан бичлэгийн холболтын кабель, насанд хүрэгчдийн даралтын монжатын хамт	иж бүрдэл	5	Ашиглахад хялбар мэдрэгчтэй дэлгэцтэй, 12.1 инчийн өндөр нягтралтай өнгөт, TFT дэлгэцтэй, ЭКГ, биеийн температур хэмжилт, SpO2, NIBP даралтын монжат бүхий стандарт үзүүлэлттэй, төв хяналтын системтэй холбогдох боломжтой (CMS), батарейгаар 3 цаг хүртэл тасралтгүй ажиллах боломжтой, дэлгэцийн VGA гаралттай, цахилгааны 220В, 50Гц тэжээлээр ажиллах, 4.5 кг-аас ихгүй жинтэй, 110x300мм хэвлэгч цаас, сатурацийн датчик SpO2, зүрхний цахилгаан бичлэгийн холболтын кабель, насанд хүрэгчдийн даралтын монжат тус тус дагалдуулах	

162	11	Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч зөөврийн, JAY-5 DUAL загвартай дүйцэх, 2 бортоготой байх	иж бүрдэл	3	Нэгэн зэрэг 2 хүнд хүчилтөрөгч өгөх боломжтой, LCD дэлгэцтэй, хугацааг тохируулах боломжтой, хүн тус бүрийн урсгалын хурд 0-5л/мин, хүчилтөрөгчийн концентраци 93 ± 3%, гарах даралт 0.04-0.07 мПа, ашиглалтын үеийн дуу чимээ: ≤50 дБ, цахилгааны тэжээл 220В, 50Гц, алдаа гарахад өгөх дуут дохиололтой, оролтын хүчдэл ≤480Вт, 365*35*600 мм хэмжээтэй, 26 кг-аас ихгүй жинтэй байх	
163	12	Яаралтай тусламжийн тэргэнцэр ICEN, IN-EM1 загвартай дүйцэх	ширхэг	10	Электрохмийн биосенсор мэдрэгчтэй, 710*480*950мм хэмжээтэй, өндөр чанарын ABS материалтай, 2 жижиг, 2 дундаж шүүгээтэй, нэмэлт 1 шүүгээтэй, хог хаягдлын савтай, дусал тохируулагчтай байх	
164	13	Дамнуурга эвхэгддэг, ICEN, IN-R1 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Дамнуурга эвхэгддэг, хэрэглэхэд хялбар, хамгаалалтын 2 оосортой, ихэвчлэн талбарт шархадсан хүмүүсийг зөөхөд ашигладаг. Эвхээгүй хэмжээ 2080х550х130мм, эвхэгдсэн хэмжээ 1040х170х90мм, материал хөнгөн цагаан хайлшаар хийгдсэн байх	
Багц 12. Түргэний машины тусгай тоноглол, дагалдах хэрэгсэл						

165	1	Өвчтөн зөөх дамнуурга, бэхэлгээний самбар-нурууны, толгойн бэхэлгээний хамт, ICEN, IN-R2 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Бэхэлгээний самбар-нурууны туузан бэхэлгээтэй, эвхэгддэггүй, сайн чанарын хуванцар материалтай, толгойн бэхэлгээтэй, хөнгөн, хүний биед сөрөг нөлөөгүй гэмтэгсдийг аюулгүйгээр тээвэрлэхэд боломжтой, рентген зураг авах боломжтой, хэмжээ урт 185см х өргөн 50см х өндөр 4см, эвхэгдсэн хэмжээ урт 90см х өргөн 50см х өндөр 8см, 159кг багагүй даацтай байх	
166	2	Дугуйт дамнуурга, ICEN, IN-R022 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Өвчтөн зөөх тэргэнцэр болох дугуйт дамнуурга нь бат бэх хөнгөн цагаан хайлшаар хийгдсэн зузаан ханатай хоолойгоор хийгдсэн, орны гадаргуу нь хөөсөн зөөлөвч, нурууны түшлэгийг тохируулах өнцөг 0-75°, машинд ачих үед дамнуургын доод хөлийг автоматаар нугалдаг байх, хөнгөн, удаан эдэлгээтэй антисептик шинж чанартай, ариутгахад хялбар байх, Эмнэлгийн цахилгаан шат, түргэн тусламж, нисэх онгоц, хотын замын түргэний машин зэрэг хязгаарлагдмал орон зайд өвчтөн тээвэрлэхэд тохиромжтой, дэлгэмэл хэмжээ 190х55х54х88см, эвхэгдсэн хэмжээ 45х67х90см, 40кг жинтэй, 4 дугуйтай, 2 нь түгжигддэг, эвхэгддэг дуслын хөлтэй, 159кг багагүй даацтай байх	

167	3	Дамнуурга эвхэгддэг, ICEN, IN-R1 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Дамнуурга эвхэгддэг, хэрэглэхэд хялбар, хамгаалалтын 2 оосортой, ихэвчлэн талбарт шархадсан хүмүүсийг зөөхөд ашигладаг. Эвхээгүй хэмжээ 2080x550x130мм, эвхэгдсэн хэмжээ 1040x170x90мм, материал хөнгөн цагаан хайлшаар хийгдсэн байх	
168	4	Дамнуургын хүрз	ширхэг	5	Материал: Хөнгөн, бат бөх хөнгөн цагаан Хэмжээ (Сунгасан): 167-205×43×6см Хэмжээ (Эвхсэн): 120×43×7см Хоёр талаас нь нээж, өвчтөнийг хөдөлгөөнгүй өргөх боломжтой, өвчтөний өндрөөс хамаарч уртыг тохируулдаг, хөнгөн жинтэй, авч явахад хялбар, ослын үеийн тээвэрлэлт, нурууны гэмтэлтэй өвчтөнийг зөөвөрлөх зориулалттай бэхэлгээтэй байх	
169	5	Хүчдэл өсгөгч 12W-220W хүртэл, : ICEN 001 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Аккумлятор болон машины 12В-ийн цахилгаан тэжээлд холбох боломжтой, хавчигч дагалдуулах	

170	6	Хүчдэл бууруулагч 220V-12V хүртэл	ширхэг	5	Оролт 220В хувьсах гүйдлээс гаралт 12В тогтмол гүйдэл болгон хувиргадаг. 220В цахилгааны олон төрлийн оролттой, машины болон аккумляторын 12В гаралтын холболттой, гал хамгаалагч, дохиололтой байх	
171	7	Хүчдэл тогтворжуулагч UPS, 3000VA/1800W-с багагүй, SM10 загвартай дүйцэх	ширхэг	5	Нэрлэсэн хүч 3000VA / 1800W, чадлын коэффициент 0.6, оролтын хүчдэлийн хүрээ 220/230/240В, генератортай холбогдож, генераторын оролтын хүчийг тохируулах боломжтой, 2~7мс ердийн дамжуулах хугацаатай, 12V / 9Ah*4ш батарейтай, (W*D*H) 170*400*250мм хэмжээтэй, 20кг-аас ихгүй жинтэй байх	
172	8	Хүчилтөрөгчийн 10л баллон, цэнэглэгч түлхүүр, дугуйт тогтоогч, редукторын хамт, Zhenghua-B3 загвартай дүйцэх	иж бүрдэл	10	Сайн чанарын зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн, зөөвөрлөх боломжтой, 10л багтаамжтай, ажлын даралт 20мПа, 8.8 кг-аас ихгүй жинтэй, дугуйт тогтоогч хөл, цэнэглэгч стандарт тусгай түлхүүртэй байх, нийт 13 баллоноос дугуйт баллон 8ш, тогтоогч, редуктортой баллон 5ш байна.	
173	9	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдийг холбох цахилгааны кабель, утаснууд, суурилуулахад шаардлагатай тогтоогч туслах хэрэгслүүд	иж бүрдэл	5	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдийг холбох цахилгааны кабель, утаснууд, суурилуулахад шаардлагатай тогтоогч туслах хэрэгслүүд	

Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг бариимтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулав.

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБ