БАТЛАВ.

ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТЦАГААН

"ШҮДНИЙ КАБИНЕТ" БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Баянгол

2025.05.05

1	Байршил	Говь-Алтай аймаг Шарга сум баянгол 1-р баг
2	Захиалагч байгууллага	Эрүүл мэндийн төв
3	Ажлын даалгавар боловсруулах байгууллага	Эрүүл мэндийн төв
4	Ажлын зорилго	Сумын ард иргэд төвийн бүсрүү амны хөндийн үзлэгт хамрагдах шаардлагагүй болж, түргэн шуурхай шүдний үзлэгт хамрагдаж эмчилгээг стандартыг дагуу зөв оновчтой хийж, эмчилгээний үр дүн сайжирна.
5	Төсөв	50 000 000
6	Ажилд тавигдах шаардлага	**1. Шүдний эмчилгээний ор:** • Эргономик загвартай цахилгаан хөдөлгүүртэй дээш/доош, урагш/арагшаа хөдөлгөөнтэй • Хяналтын систем: Микропроцессортой удирдлага, touch болон хөлний удирдлагатай • LED гэрэлтүүлэг: Сүүдэр үүсгэдэггүй, гэрлийн хүч тохируулгатай • Багажны хэсэг: Өндөр эрэглттэй гар /300,000rpm/, бага эргэлттэй /40,000rpm/8 3 үйлдэлтэй ус/агаар шприц • Саливари насос: High vacuum болон low vacuum соруулагчтай • Ус зайлуулах систем: Хөндийрүүлсэн, ариутгалын халаагууртай бол давуу • Суурилуулалт: Баруун болон зүүн гарын тохиргоотой **2. Автоклав:** • Багтаамж: 18-23 литр • Температурын тохиргоо: 121^{0}C-134^{0}C • Ариутгах горим: Автомат 3-4 төрлийн горимтой • Баталгаат даралт:2 bar • Хөргөлтийн систем: Агаар эсвэл усан хөдөлгүүртэй **3. Рентген аппрат:** • Цахилгаан хүчдэл:60-70кVp, 7-8 mA • Exposure time: 0.1-2 секунд • Суулгацын зураг авах боломжтой • Фокус зай: 20 см • Хөдөлгөөнт эсвэл хананд тогтоогддог загвар

		• Мэдрэгчтэй холбогдох боломжтой LIS/USB **4. Шүдний чулууны багаж:** • Гар бариул: LED гэрэлтэй, салдаг • Ус шүрших системтэй • Scale/Perio/Endo горимуудтай • Чичиргээний давтамж 25,000 Hz **5. Бусад тоног тохөөрөмж** • Хийн компрессор • Өрмийн хошуу тослогч • Гэрлийн аппарат lled woodpecker • Dental Periapical X-Ray machine /зөөврийн/ • Dental X-Ray sensor • Багаж хадгалах кварцын шүүгээ • Ультрасоник ариутгагч • Багаж пакетлагч • Томруулдаг шил loupe with light for endo and prepration • Гуттаперч таслагч **6. Үзлэгийн багаж:** • Үзлэгийн толь толгой бариултайгаа-50ш • Шүдний зонд Dental explorers-10ш • Шүдний үзлэгийн пенцевт Dental tweezers-10ш • Шүдний экскаватор Dental excavators-10ш • Ломбоны штофер гладильник Dental shtoper-10ш • Доод бага арааны бахь No13-2ш • Доод ёзоорын бахь No33-2ш • Доод их арааны бахь No22-2ш • Дээд их арааны бахь No18-2ш • Дээд бага арааны бахь No39-2ш • Дээд үүдэн шүдний бахь No2-2ш • Доод үүдэн шүдний бахь No3-2ш • Доод агт арааны бахь No22-1ш • Дээд агт арааны бахь No17-1ш • Дээд ёзоорын бахь No52-2ш • Дээд ёзоорын бахь No51-2ш • Муруй эльватор /Баруун, зүүн/-4ш • Шулуун эльватор Elevators-5ш • Гурвалжин эльватор Elevators-2 • Мэс заслын зүү баригч Elevators • Зажем • Латошка-20ш • Гар чулууны багаж-10ш • Тариур syrang • Бикс том, жижиг • Ам тэлэгч-2ш • Шилэн хундага-5ш • Нүүрний толь-1ш • Хөвөнгийн сав-1ш • Борны тавиур-1ш

		• Бондны тавиур-1ш • Энгэрэвчний хавчаар-1ш • Эндодонтын шугам-1ш • Матриц баригч-1ш • Хуванцар шпатель-1ш • Төмөр шпатель-1ш • Материал зуурах шил-1ш • Хар зүү баригч-2ш • D finder-1ш • Буйлны утас чихэгч-1 • Цилиндр бор /урт, урт дунд/-10ш • Конус бор алмаз (урт, нарийн) (урт, дунд)-10ш • Dycal зөөгч-1ш • Төмөр ус агаарын хошуу-1ш • Хазалтын цаас баригч-1ш **7. Лабораторийн болон дагалдах тоноглолууд:** • Төмөр шүүгээ-1ш • Зөөврийн халваргүйжүүлэгч UV гэрэлтэй • Сувилагчийн сандал • Эмчийн эргэх сандал • Ажлын ширээ сандал • Хогийн сав • Угаалтуур • Гар ариутгах диспенсер • Үйлчлүүлэгчийн хүлээлгийн сандал төмөр-3ш **Нэмэлт шаардлага:** • Баталгаат хугацаа:12-24 сар • Монгол хэлтэй хэрэглэгчийн гарын авлага • Суурилуулалт, сургалт, хэрэглээний зөвлөмж өгнө • CE/FDA/ISO гэрчилгээтэй • Сэлбэгийн хангамж, засвар үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх

Ажлын даалгавар боловсруулсан:

Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ц.Нарантуяа