БАТЛАВ Ерөнхий захирал Э.Анхбаяр

Техникийн тодорхойлолт

АТА13284_9077146
9024090350

№	Барааны нэрс	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт
	БАГЦ-1 Диабетын төвийн иж бүрдэл, багаж тоноглолт		
1	HbA1C machine /Микроальбумин тест/	1	Хагас автомат, HbA1c: monoclonal antibody agglutination reaction Albumin: polyclonal goat anti-human albumin antiserum Creatinine: Benedict Behre chemical reaction HbA1c-ийн үр дүн 6 минутын дараа; Шээсний санамсаргүй дээж нь 7 минутын дотор A:C харьцааг өгдөг. /HbA1c, Альбумин-Креатинины харьцааны үр дүн тооцдог байх/ Дэлгэц: мэдрэгчтэй Дэлгэц дээрх үр дүнг хянах эсвэл цаасан хуулбар үүсгэх, хүчирхэг ангилах чадвартай 4000 хүртэл өвчтөний хяналтын бүртгэл хадгалах хүртэлх санах ойтой. - Сахарын гурван сарын дундаж, шээсэнд микроальбумин үзэх тест тус бүр 100ш дагуулна.
2	Цусанд дахь сахар тодорхойлох тест №50	4	Цусанд дахь липидийн бүлэг , сахар тодорхойлох тест
3	Цусанд дахь липидийн бүлэг тодорхойлох тест №25	4	Цусанд дахь липидийн бүлэг тодорхойлох тест
4	Цусанд липидийн бүлгүүд, сахар тодорхойлох аппарат	2	•Хэмжилт нийт холестрол нийт триглицерид өндөр нягтралтай липопротейн глюкоз •Нарийвчлал •Хэмжилт: Lipid - Single 10ul/Multi:35ul, /Glucose:0.9ul •Хугацаа: 3 минут/Lipid Цусны дээж :5 секунд /Глюкоз/ •Цусны хэлбэр: Цэвэр цус (захын цус&вен)
5	Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат	0	•Цахилгаан хангамж 220-230V •Давтамж- 50-60Гц •Хурд: 5мм/с- 100мм/с •12 сувагтай байна
д/д	**БАГЦ-11 Дурангийн иж бүрдлийн багаж, аппарат, тоног тоноглолт**		
1	Эмэгтэйчүүдийн умайн хөндийн дурангийн 4мм, 30 градустай оптик	1	Гаднах диаметр 4 мм , Ажлын урт 30 см, Харах чиглэл 30° – Урагшаа ташуу дуран, Харах өнцгийг томруулж харах, Гэрэл дамжуулах орчин, Шилэн кабелийн гэрлийн дамжуулалт, Автоклавт ариутгах боломжтой.
2	Эмэгтэйчүүдийн умайн хөндийн дурангийн 2мм, 30 градустай оптик	1	Хэмжээ 2.0 мм, Ажлын урт 260 мм , Харах чиглэл 30°, Хатуу профиль хэлбэр , Хөнгөн кабелийн диаметр 2,0 - 2,5 мм Дүрслэх технологи 2D, Автоклавт ариутгах боломжтой.

3	Ажилбарын ерөөний дуран гэрэл үүсгэгч систем	1	Гэрэлтүүлгийн технологи LED Хугацаа 30000 цаг Өнгөний температур ойролцоогоор. 6500 K Холбоо SCB 2 Гэрлийн эрчмийг тохируулах SCB-ээр автоматаар Цахилгаан хангамж 100 – 240 VAC Давтамж 50/60 Гц *Карл шторз тауэр*т таардаг лед гэрэл үүсгэгч генератор цагаан гэрлийг өдөөх LED гэрлийн эх үүсвэр Үйлчилгээний бүх хугацаанд тогтмол гэрлийг өгдөг.
4	Мэс заслын дурангийн камерын толгой	1	IMAGE1 S 4U RUBINA, OPAL1 NIR/ICG •Натив 4K дүрсний нягтаршилтай •OPAL1 NIR/ICG дүрсний төрлүүдтэй •S-технологиуд боложтой •IMAGE 1 S 4U-LINK загварт таарах •Зургийн сенсорын нягтаршил: 4K •Нягтаршил: 3840 x 3160 px •Холболт: 4U-Line *Карл шторз* тауэрт таарах, camera head оролт карл шторзод таарах Нарийвчлал 3840*2160px Холболт 4u шугам
	БАГЦ-15 Бөөр, шээлгүүрийн дуран		
1	Бөөр шээлгүүрийн дуран (Reno-ureteroscopy)	1	Урэтеро-Реноскоп, 8 Fr, 6° өнцөгтэй, урт нь 43 см, үзүүрийн диаметр 7 Fr, багаж оруулах бүрхүүл нь 8 Fr, 1 шатлалт, 12Fr байх - Автоклавд ариутгаж болдог - Хажуу тийш чиглэсэн харааны дурангийн толгойтой, - Оптик гэрэл дамжуулах шилэн системтэй, - 2 талын усан урсгалын портуудтай ба ажлын 1 болон 2 холбогч дагалдана (5 Fr.), - Ариутгалын тусгай савтай байх

Боловсруулсан

Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг И.Менгензагас