БАТЛАВ.
ЗУУНМОД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Б.ХАТАНБААТАР

АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТОНОГ
ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

2026 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Дугаар: Зуунмод хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн мэс заслын тасагт нэн шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж		
2	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.		
3	Төслийн захиалагч	Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газар		
4	Төсөл гүйцэтгэх байгууллага	Захиалагч тал		
5	**Худалдан авах тоног төхөөрөмжийн жагсаалт**			
	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Жишиг зураг /Бүтээгдэхүүний зураг, үйлдвэрлэгч /
	1. Өндөр давтамжит долгионоор судас болон Эдийг түлж тайрах гар (Lotus генераторт таарах нэг удаагийн тайрагч түлэгч гар) /34-36 см/	5	• Өндөр давтамжит хэт авиан давтамжаар ажиллаж эдийн судсыг түлж тайрна. Lotus генераторт таарна. • Олон улсын ISO стандартад нийцсэн. • Түлэгч хэсэг нь түлэх үедээ эх биеэсээ хамааралгүй урагшаа хойш, мөн эргэлдэх хөдөлгөөнөөр түлж тайрдаг. 360 градус эргэдэг. • Диаметр 5.5 мм хэмжээтэй (5-тай трокарт тохирно)	
	2. Өндөр давтамжит долгионоор судас болон Эдийг түлж тайрах гар (Lotus генераторт таарах нэг удаагийн	10		

	тайрагч түлэгч гар) /43-45 см/		• Элэгний хагалгаанд хэрэглэх мохоо хавтгай хошууны сонголттой. • Түлэгч хэсгийг ариутган дахин ашиглах боломжтой. • хэмжээний сонголттой. • Түлэгч хэсэг өөрөөсөө генератортой холбогдох утсан кабелтай. • Түлэгч кабелийг хэрэгцээт тоогоор үнэгүй дагалдуулна. • Бар кодны наалттай. • Ариутгасан савалгаатай тул шууд задлан хэрэглэх боломжтой.	ХБНГУ Үйлдвэрлэгч: SRA Developments Ltd
	3.Өндөр давтамжит долгионоор судас болон Эдийг түлж тайрах гар (Lotus генераторт таарах нэг удаагийн тайрагч түлэгч гар) /17-23 см/			
	4.Өндөр давтамжит долгионоор судас болон эдийг түлж тайрах генератор		• Өндөр давтамжит долгионоор судас болон эдийг түлж тайрах генератор • LOTUS нь бүх төрлийн зөөлөн эдийг цус тогтоон задлах (гемостатик диссекц) зорилгоор ашиглах боломжтой • LOTUS системийн энерги нь ирний тэнхлэгт **перпендикуляр (90°)** чиглэлээр дамждаг. Ирний геометр хийцтэй хослон, энерги нь хавчаарын хэсэгт төвлөрдөг. • Түлэх хүчийг их, дунд, бага түвшинд тохируулан ашиглах боломжтой • Түлэх хүчийг тодорхой харагдуулахуйц дэлгэцтэй • Ашиглалтын явцад дууны дохиогоор (acoustic feedback) мэдээлэл өгдөг. • Мэс заслын үед түлж тайрах үйлдлийг хөлөөр удирдах боломжтой удирдлагатай	 ХБНГУ Үйлдвэрлэгч: SRA Developments Ltd

			• Трансдьюсерийн ашиглалтын хугацаа 250 минут. Ашиглалтын хугацааны мэдээллийг төхөөрөмжийн арын хэсэг дээрээс харах боломжтой. • Зөөвөрлөхөд хялбар дугуйтай тавиуртай	

Жич: Бүх тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаа ...2... жил байх
Дагалдах ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны заавар бусад бичиг баримтууд Монгол хэл дээр байх
Ашиглалтын сургалтууд хийгдэх

ХЯНАСАН:

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН С.МӨНХ-АМГАЛАН

БОЛОВСРУУЛСАН:

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН МЭРГЭЖИЛТЭН Ц.АЛТАНЦЭЦЭГ