БАТЛАВ.
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА Ц.АМАРТӨГС
2026 оны 02 сарын 16-ны өдөр

2026 оны 2 сарын 16 Өмнөговь аймаг

50 ОРТОЙ ЭМНЭЛЭГ БОЛОН БОЭТ-Д НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Багц 3 /шүдний тоног төхөөрөмжийн багц/				
№	**Тоног төхөөрөмжийн нэр**	**Техник үзүүлэлт**	**Тоо ширхэг**	**Зураг**
1	Шүдний зөөврийн рентген аппарат /periapical x-ray/	- **Төрөл**:Хэсэгчилсэн шүдний зураг авдаг байх /зөөврийн зориулалттай/ - **Хамрах хүрээ**: Том хүн, хүүхэд - **Үзүүлэлт:** - Нэг хүн зураг авах боломжтой байх - Маш хөнгөн байх - Рентген туяа бага хаядаг байх - Цэнэглэдэг баттерэйтай байх - Туяа цацруулалт бага байх /шулуун гаралттай/ - Автомат горимтой байх - Нэг удирдлага бүхий LCD дэлгэцтэй байх - Олон улсын стандартад бүрэн нийцсэн байх	1	

		- Хамгийн бага рентген туяагаар чанартай зураг харах боломжтой байх - Хүчин чадал /Tube voltage/: ≈65kV - Гүйдэл: /Tube current/: ≈3,0 mA - Фокусын нягтрал: ≈0,4 mm - Зураг авах хугацаа: ≈/Exposure time/ 0,05-0,5сек ихгүй - Шүүлтүүр: 1,5mmAl - Рентген талбай: ≈60 mm - Хэмжээ: ≈230*296*133mm - Баталгаат хугацаа: 1 жил байх - Дагалдах ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний гарын авлага монгол хэл дээр байх - Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг дагалдуулах - Рентген цацрагийн төхөөрөмж ашиглах, зөвшөөрөл авахтай холбоотой дагалдах бичиг баримтуудыг бүрдүүлж өгөх		-

2	Шүдний рентген сенсор	- Сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологид тулгуурлан хийгдсэн байх - Рентген туяа хүлээн авах чадамж хамгийн өндөр байх - Дүрсийн нягтрал чанар маш сайн байх - Төрөл: 1.0 буюу 20*30мм, 1.5 буюу 24*33мм, 2.0 буюу 26*36мм гэсэн хэмжээний сонголттой байх - Үзүүлэлт: нягтаршил сайтай байх - Мэдрэгч: ≈4,8мм маш нимгэн CMOS байх - Мэдээлэл дамжуулах хурд сайн, дижитал сенсортой байх - Дүрс боловсруулалт: ≈1 секунд - Ашиглахад хялбар программтай байх - Зургийг хаанаас ч харах боломжтой байх - Холболт: USB3.0 кабель - Сенсорын кабелийн урт: ≈2,7метр - Баталгаат хугацаа 1 жил байх - Дагалдах ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний гарын авлага монгол хэл дээр байх - Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг дагалдуулах	1	

3	Шүдний үзлэгийн бор эмчийн сандал	- Хүүхдийн эмчилгээнд зориулсан суурин бор машин - Дэлгэц, чулуу түүгч, төвийн шугамын ус шүүгч болон тухайн машины хүчин чадалд тохирсон компрессортой байх	1	
4	Кварцтай шүүгээ	- Хүчдэл: 220В, 50гц - Ариун багажийг хатаах болон кварцын хос үйлдэлтэй байх, - Хэмжээ: ≈110*40*40см	1	
5	Сувгийн урт хэмжигч	- 220Вт, 50гц-ээр ажилладаг, сүүлийн үеийн хүчин чадал сайтай, шингэнтэй үед сувгийн уртыг хэмжих боломжтой байх - Зааврыг монгол хэл дээр орчуулан гарын авлага болгон бэлтгэж, ирүүлэх	2	

6	Материалын гэрлийн аппарат	- Суурин цэнэглэгчтэй, зөөврийн, 220Вт-р цэнэглэдэг баттерейтэй гэрлийн ломбыг 3 секундэнд хатаах үйлчилгээтэй.	1	
Нийт төсөвт өртөг 49,809,000 төгрөг				

Нэмэлт:

1. Тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаа 2 жил
2. Үйлдвэрлэгчийн гарын авлага дагалдах
3. Дагалдах ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны заавар бусад бичиг баримтууд Монгол хэл дээр байх
4. Суурилуулах
5. Ашиглалтын сургалтууд хийгдэх

Боловсруулсан: Эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Н.Түвшинзаяа

Хянасан: Нийгмийн хамгааллын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ө.Мөнхсайхан

-oOo-