БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА Р.ЭНХТӨР

## ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

Өмнөдэлгэр Сумын эмнэлэгт ашиглах нян тодорхойлох, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох төхөөрөмжийн үзүүлэлт

| № | Үзүүлэлт | Техникийн шаардлага |
|---|---|---|
| 1 | Төхөөрөмжийн нэр | Нян тодорхойлох, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох автомат систем |
| 2 | Ашиглах түвшин | Сумын эмнэлгийн лабораторид ашиглахад тохиромжтой<br>Хэрэглэхэд хялбар, автомат ажиллагаатай байх<br>Өдөр тутмын бактериологийн шинжилгээнд ашиглах боломжтой байх |
| 3 | Шинжилгээний арга | Колориметрийн болон турбидиметрийн арга |
| 4 | Нян тодорхойлох чадвар | 500 орчим төрлийн клиникийн нян тодорхойлох |
| 5 | Антибиотик мэдрэг чанар | 200 орчим төрлийн антибиотикт мэдрэг чанар тодорхойлох |
| 6 | Үр дүн | MIC (True MIC), S / I / R ангилал |
| 7 | Стандарт | CLSI стандартын дагуу |
| 8 | Програм хангамж | WHONET дэмждэг байх |
| 9 | Системийн холболт | LIS / HIS-тэй холбогдох боломжтой |
| 10 | Ашиглалт | Автомат, хэрэглэхэд хялбар |
| 11 | Дагалдах хэрэгсэл | Тест карт 10 тесттэй, Sampling tip 100 ширхэг |
| 12 | Баталгаат хугацаа | 24 сараас доошгүй |
| 13 | Сургалт | Суурилуулалт, хэрэглэгчийн сургалт үнэд багтсан |
| 14 | Техникийн дэмжлэг | Дотоодын албан ёсны төлөөлөгчөөр баталгаат засвар үйлчилгээ |

Техник үзүүлэлт боловсруулсан ЭМТөвийн ажилтан: Н. Мөнхзул